



**Condiciones del registro:**

- **Tiempo de análisis:** 150-200 ms. A ser posible con un retardo de 25 ms para ver la línea de base.
- **Frecuencia de estimulación:**
  - Luz azul escotópica: Intervalo mínimo de dos segundos entre destellos (0,5 pulsos por segundo).
  - Luz blanca escotópica: Intervalo mínimo de 10 segundos (0,1 pulsos por segundo).